

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

dle Přílohy IV, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745

2019/24 (CZ)

- Výrobce:** **ARIES, a.s.**
Žižkova 512, 543 01 Vrchlabí
IČO: 28824563 zapsaný u rejstříkového soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3022
Jediné registrační číslo (SRN): CZ-MF-000047385
- Toto EU Prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
- Základní UDI-DI kód podle přílohy VI části C: **85900722019243X**
- Název:** **Avicenum ORTHO 1500 bandáž Achillovy šlachy typ 01**

Obchodní název: Avicenum ORTHO 1500 bandáž Achillovy šlachy typ 01

Varianty: **oboustranná, silikonová pelota, podpatěnky, vel. XS - XXL**

Určený účel: Zdravotnický prostředek určený k podpoře Achillovy šlachy při poúrazové a pooperační terapii, zamezení vzniku otoku a slouží jako podpora při ochablosti, zánětu nebo úrazu Achillovy šlachy. Tato bandáž je vhodná i při sportovní aktivitě jako léčebná nebo preventivní.
- Zdravotnický prostředek třídy I, dle Přílohy VIII, kapitoly III., bodu 4.1. pravidlo 1, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745.
- Zdravotnický prostředek je v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Výrobek splňuje základní požadavky a je za obvyklého použití pro svůj účel účinný a bezpečný.

Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech zdravotnických prostředků uváděných na trh s jejich technickou dokumentací a s obecnými požadavky na bezpečnost a účinnost dle Přílohy I, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745.

Pro posouzení základních vlastností výrobku stanoveným způsobem bylo použito postupu podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745.
- K prokázání shody byly použity následující technické předpisy, harmonizované české technické normy nebo dokumentace, vyhlášky:
 - ČSN EN ISO 13485:2016 Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů.
 - EN ISO 14971:2019 Zdravotnické prostředky - Aplikace managementu rizik na zdravotnické prostředky.
 - ČSN EN ISO 15223-1:2016 Zdravotnické prostředky - Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky.
- Zdravotnický prostředek je dle Přílohy V, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 řádně označen „CE“ podle odstavce 1., 2., 3.
- Na posuzování shody se nepodílel oznámený subjekt.

Prohlášení o shodě č. EU 2019/24 (CZ) Avicenum ORTHO 1500 bandáž Achillovy šlachy typ 01		REVIZE 04 ve Vrchlabí 30. 05. 2025	Strana 1 / 1
Vypracoval: PharmDr. Dalibor Ďurd'a Medical manager		Schválil: Ing. Ladislav Šulc Předseda představenstva	