


DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

zgodna z Załącznikiem IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745

2017/03 (PL)

- Producent:** **ARIES, a.s.**
512 33 Studenec u Horek 309
REGON: 28824563 Spółka jest zarejestrowana w sądzie rejestrowym w Hradcu Králové, sekcja B, sygnatura 3022
- Niniejsza deklaracja zgodności UE została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.
- Kod UDI-DI zgodnie z załącznikiem VI, część C: **85900722017033D**
- Nazwa:** **Avicenum ORTHO 360**
opaska stawu skokowego typ 01

Nazwa handlowa: Avicenum ORTHO 360 opaska stawu skokowego typ 01
Warianty: **obustronna, roz. S - XL**
Przeznaczenie: Wyrób medyczny przeznaczony do wzmocnienia stawu skokowego w terapii pourazowej i pooperacyjnej, zapobiega obrzękom zapewniając wsparcie stawu w terapii, podczas stanu zapalnego lub urazów więzadeł i ścięgien stawu skokowego. Opaska zapewnia komfort podczas aktywności sportowych w trakcie leczenia czy profilaktyki.
- Wyrób medyczny klasy I, zgodnie z załącznikiem VIII rozdział III pkt 4.1. Zasada 1, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745.
- Wyrób medyczny spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745. Wyrób spełnia podstawowe wymagania oraz jest skuteczny i bezpieczny w swoim przeznaczeniu podczas normalnego użytkowania.
Producent podjął działania w celu zapewnienia zgodności wszystkich wyrobów medycznych wprowadzanych do obrotu z ich dokumentacją techniczną oraz z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i skuteczności zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745.
Do oceny podstawowych właściwości produktu w zalecany sposób zastosowano procedurę zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745.
- W celu udowodnienia zgodności zastosowano następujące przepisy techniczne, zharmonizowane czeskie normy techniczne lub dokumentacje, rozporządzenia:
 - EN ISO 13485: 2016 Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością – Wymagania do celów przepisów prawnych.
 - EN ISO 14971: 2019 Wyroby medyczne – Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych.
 - EN ISO 15223-1: 2016 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach.
- Wyrób medyczny jest, zgodnie z Załącznikiem V Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745, odpowiednio oznaczony „CE” na podstawie paragrafów 1, 2, 3.
- W ocenie zgodności nie brała udziału osoba upoważniona.

Deklaracja zgodności nr EU 2017/03 (PL) Avicenum ORTHO 360 opaska stawu skokowego typ 01	REWIZJA 01 z 03. 08. 2020	Strona 1 / 1
Przygotowano przez: PharmDr. Dalibor Durd'a Medical manager 	Zaakceptowano przez: Ing. Ladislav Šulc Prezes zarządu 